

Bericht über die Nachprüfung des Desinfektionsmittel- Dosiergerätes „WINCO ZEL 12“

Prüfzeichen: BAM-DDE9 – neue Bezeichnung „ZEL 12 CPU“ – wegen
Änderung

1. **Aktenzeichen** II-2157/2001
2. **Ausfertigung** 1. Ausfertigung von 2 Ausfertigungen
3. **Auftraggeber** LSK-Wintrich GmbH
Rheinstraße 7

64625 Bensheim
4. **Auftrag vom** 29. März 2001
5. **Eingegangen
am** 1. Juni 2001
6. **Prüfgegenstand
des Auftrages** Desinfektionsmittel-Dosiergerät „ZEL12 CPU“

Ausgeführte Änderungen und Ergänzungen

elektrische Steuerung

Die elektrische Steuerung des Gerätes wurde durch eine Mikroprozessorsteuerung ersetzt. Das Gerät kann mittels Softwareprogramm für das jeweils einzusetzende Desinfektionsmittel menügeführt eingerichtet werden.

Wassermangelsicherung

Der Wasserfließdruck wurde bisher indirekt über die Mindestdurchfließzeit einer bestimmten Wassermenge kontrolliert. Die Überwachung erfolgt nun durch einen Membran-Druckwächter.

Dieser Prüfbericht besteht aus Blatt 1 bis 5 und den Anlagen 1 bis 3